



環境菌 (セレウス菌等) による輸液汚染の予防対策

！ シーツ、タオル等のリネン類汚染を
最小限に食い止める*



！ 体位交換や
着替え時に
不用意に
ルート接続を外さない*



！ シーツ、タオル等の
交換後などの環境下では
ルート交換は行わない*





* 麻生恭代ほか：環境感染誌，2012；27（2）：81-90


脂肪乳剤、栄養輸液の管理時は特に注意を！

脂肪乳剤

栄養輸液



ゴム栓や接続部分は
アルコールなどの適切な消毒薬でScrubbingする



ゴム栓面や針には
触れない

微生物により汚染した輸液の投与は危険です