



———医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。———

添付文書改訂のお知らせ

外用殺菌消毒剤

ポビドンヨード液10%消毒用アプリータ[®]「オツカ」10mL

ポビドンヨード液10%消毒用アプリータ[®]「オツカ」25mL

(10%ポビドンヨード液)

株式会社大塚製薬工場

このたび、標記製品の【取扱い上の注意】、【操作方法】を自主改訂いたしましたので、ご案内申し上げます。改訂内容の詳細につきましては、改訂添付文書をご参照ください。

製品流通の面から、変更した添付文書を使用した製品がお手元に届くまでに多少日時を要すると存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■ 改訂内容 —改訂部分のみ抜粋—

改訂後 (2014年11月改訂)	改訂前
<p>【取扱い上の注意】</p> <p>(1)～(7) 略</p> <p>(8) <u>薬液容器開通時は薬液がハンドル内からなくなるまでフォーム面を下にし、水平に保持すること。</u></p> <p><u>(9)</u> フォームに薬液を浸透させた後は速やかに使用すること。</p> <p><u>(10)</u> 開封後の使用は一回限りとし、使用後は速やかに廃棄すること。</p>	<p>【取扱い上の注意】</p> <p>(1)～(7) 略</p> <p>(8) 薬液開通時はフォームを下向きにし、水平に保持すること。</p> <p><u>(9) 薬液開通後はアプリータを逆さまにしないこと。</u></p> <p>(10) フォームに薬液を浸透させた後は速やかに使用すること。</p> <p>(11) 開封後の使用は一回限りとし、使用後は速やかに廃棄すること。</p>

下線部：改訂箇所

破線部：削除箇所

■改訂内容 —改訂部分のみ抜粋— (続き)

改訂後 (2014年11月改訂)	改訂前
<p style="text-align: center;">操作方法</p> <p style="text-align: center;">アプリケータの構造、1は略</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>スリーブの先端を押して薬液容器を開通させる。 注意：スリーブからの液漏れ、フォームからの液垂れ防止のため、以下を守ることを。 <u>・薬液がハンドル内からなくなるまでフォーム面を下にし、水平に保持すること。</u></p>	<p style="text-align: center;">操作方法</p> <p style="text-align: center;">アプリケータの構造、1は略</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>スリーブの先端を押して薬液容器を開通させる。その際、フォームを下向きにし、水平に保持すること。 注意： ・アプリケータを逆さまにすると薬液が漏れるおそれがある。 ・フォームを水平に保持しないと薬液が垂れるおそれがある。</p>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>消毒部位に適量を塗布する。</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>フォームを水平に維持し、薬液を浸透させる。消毒部位に適量を塗布する。</p>

下線部：改訂箇所

破線部：削除箇所

【改訂理由】

適正使用推進のため、薬液容器開通時の注意事項に時間的要素を盛り込み、注意喚起をはかりました。



販売提携 製造販売元
Otsuka 大塚製薬株式会社 株式会社大塚製薬工場

お問い合わせ先: 株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)